



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


Września, dnia 15 marca 2024r.

S-1/2024

Dotyczy ogłoszenia o pisemnym przetargu na **sprzedaż tomografu komputerowego GE Brightspeed Elite**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Proszę o informację jaki jest model lampy w tomografie oraz oprogramowanie.	Model lampy: Lampa RTG Chronos Imaging LLC XT6308 sn. 90754 Wersja oprogramowania: 11.BW46.3_SP2-2- 1.HP_P_P16_G_GMV
2.	Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o model lampy zainstalowanej aktualnie w tomografie oraz jej przebieg w dniu deinstalacji.	Model lampy: Lampa RTG Chronos Imaging LLC XT6308 sn. 90754 Ilość skanosekund w dniu demontażu 407451,500000001.
3.	Jaka firma i kiedy wykonywała demontaż tomografu? Czy z demontażu istnieje jakiś raport / protokół?	Demontaż tomografu został wykonany w dniu 05.02.2024r. przez firmę SK-MED SYSTEMS Sp. z o.o. Przeprowadzenie demontażu zostało potwierdzone w paszporcie technicznym sprzętu.
4.	Czy tomograf do czasu demontażu był sprawny?	Podczas okresowego przeglądu technicznego w miesiącu listopadzie 2023r. aparat został uznany za sprawny, do czasu demontażu Sprzedający również uznaje aparat za sprawny – badania wykonywane były do ostatniego dnia przed demontażem.
5.	Ile lampa miała skanów do czasu demontażu ?	Liczba wykonanych badań okolic anatomicznych ok. 16 000.
6.	Czy istnieje możliwość przesłania raportu z ostatniego przeglądu aparatu lub skanu ostatnich wpisów z paszportu?	Dokument przesłany drogą mailową.
7.	Zwracam się do zamawiającego z uprzejmą prośbą o przesłanie aktualnych zdjęć całego zestawu tj. Tomografu, strzykawki automatycznej, komputera do	Wszystkie z wymienionych rzeczy są zabezpieczone i przechowywane w magazynie. W przypadku chęci





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	stacji opisowej, stację opisową z monitorami oraz stację technika.	obejrzenia proszę o umówienie się na wizję lokalną.
8.	Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy aparat był serwisowany przez serwis autoryzowany, jeśli nie zwracam się z prośbą o podanie nazw firm serwisujących Tomograf.	Tomograf serwisowany był przez firmy GE Medical Systems – serwis autoryzowany, Medikol Systems, SK-MED SYSTEMS (ostatnia firma serwisująca).
9.	W ogłoszeniu widnieje informacja, iż w 2022r miała miejsce wymiana lampy RTG wraz z generatorami i przewodami w związku z tym proszę o podanie informacji czy zamontowana lampa jest oryginalna czy jest to zamiennik innego producenta?	Model lampy: Lampa RTG Chronos Imaging LLC XT6308 sn. 90754
10.	Czy posiadacie państwo historię serwisową wymienionej lampy w aparacie, jeśli tak czy możliwe jest jej udostępnienie osobą zainteresowanym zakupem?	Nie posiadamy historii samej lampy, historia całego aparatu znajduje się w paszporcie technicznym.
11.	Proszę o podanie przebiegu wymienionej lampy oraz ilość wykonanych ekspozycji?	Ilość skanosekund w dniu demontażu 407451,500000001. Liczba wykonanych badań okolic anatomicznych ok. 16 000.
12.	Proszę o udzielenie informacji na jakiej stawce VAT odbywa się sprzedaż tomografu komputerowego GE Brightspeed Elite 16-rzędowy.	VAT zwolniony.
13.	Czy mają Państwo zdjęcia z paszportu? Jaki jest przebieg lampy? Może posiadają Państwo informacje z ostatniego przeglądu aparatu?	Ilość skanosekund w dniu demontażu 407451,500000001. Dokument przesłany drogą mailową.
14.	Prośba o udostępnienie kilku dodatkowych informacji technicznych : 1. Data deinstalacji tomografu ; 2. Model stacji opisowej lekarskiej ; 3. Model lampy RTG	1. Data demontażu tomografu 05.02.2024r. 2. Stacja opisowa HP Z800 Workstation 3. Lampa RTG Chronos Imaging LLC XT6308 sn. 90754

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przejemowej
Stefania Frajbylska

